

B. KJÆR HANSENS EFTF, Kalibreringslaboratoriet

ØSTRE PARADISVEJ 31
TELEFON 45 42 18 11
GIRO 305 - 1978

DK-2840 HOLTE
FAX 45 42 14 11
CVR 85 08 48 28



DANAK

Reg nr 447

Kalibreringscertifikat

Nr. 447-0610-064

Rekvirent I/S Borup Vandværk
Stenhøjparken 41
4140 Borup

Side 1 af 3
Antal bilag:
0

Kalibreringsemner:
22 stk. målere som stikprøve af parti gruppe 9 på 167 stk.

Modtaget den 5/9 2006

Kalibreret den 2/10 2003

Målerens nr. og aflæsning før kalibrering fremgår af side 3

Opgave: kalibrering af stikprøve med certifikat

Detaljer om kalibreringen og måleresultater fremgår af side **2-3**

Konklusion:

Jævnfør MDIR 02.36-01 udg. 7 af 1. november 2004 kan partiet benævnt gruppe 9 forblive i drift i yderligere 4 år. To målere af stikprøven overskrider driftsgrænsen (4%) hvilket er tilladt

Bemærkninger:

Samtlige målere er Scanvalve ZR Qn 1,5

Kalibreret af P. Skovengaard

Godkendt af P. Skovengaard

*Kalibreringen er udført i henhold til omstående vilkår fastlagt af DANAK. Kalibreringsresultatet gælder udelukkende for det kalibrerede emne. Laboratoriets certifikater må kun gengives » uddrag hvis laboratoriets godkendelse foreligger