

B. KJÆR HANSENS EFTF.

Kalibreringslaboratoriet

ØSTRE PARADISVEJ 31
TELEFON 45 42 18 11
GIRO 305 - 1978

DK-2840 HOLTE
FAX 45 42 14 11
CVR 85 08 48 28



Reg. Nr. 447

Kalibreringscertifikat

Nr. 447-0910-065

Rekvirent: I/S Borup Vandværk
Stenhøjparken 41
4140 Borup

Side 1 af 3
Antal bilag:
0

Kalibreringsemner
stk. målere som stikprøve af parti gruppe 5 på 210 stk.

Modtaget den 5/9 2006 26

Kalibreret den 3/10 2006

Målerne nr. og aflæsning før kalibrering fremgår af side 3

Opgave: kalibrering af stikprøve med certifikat

Detaljer om kalibreringen og måleresultater fremgår af side **2-3**

Konklusion:

Jævnfør MDIR 02.36<01 udg. 7 af 1. november 2004 kan partiet benævnt gruppe 5 forblive i drift i yderligere 4 år. Flere målere af stikprøven overskrider verifikationsgrænsen (2%), men kun en måler af stikprøven overskrider driftsgrænsen (4%) hvilket er tilladt

Bemærkninger:

Samtlige målere er Scanvalve ZR Qn 1.5

Kalibreret af P. Skovengaard
Godkendt af P. Skovengaard

Kalibreringen er udført i henhold til omstående vilkår fastlagt af DANAK. Kalibreringsresultatet gælder udelukkende for det kalibrerede emne. Laboratoriets certifikater må kun gengives i uddrag hvis laboratoriets godkendelse foreligger,