

# B. KJÆR HANSENS EFTF

## Kalibreringslaboratoriet

ØSTRE PARADISVEJ 31  
TELEFON 45 42 1811  
GIRO 305 -1978

DK-2840 HOLTE  
FAX 45 42 14 11  
CVR 85 08 48 28



# DANAK

Reg.nr 447

## Kalibreringscertifikat

Nr. 447-0610-066

Rekvirent: I/S Borup Vandværk  
Stenhøjparken 41  
4140Borup

Side 1 af 3  
Antal bilag: 0

Kalibreringsemner:  
19 stk. målere som stikprøve af parti gruppe 4 på 142 stk.

Modtaget den 5/9 2006

Kalibreret den 4/102006

Målerne nr. og aflæsning før kalibrering fremgår af side 3

Opgave: kalibrering af stikprøve med certifikat

Detaljer om kalibreringen og måleresultater fremgår af side 2-3

### Konklusion:

Jævnfør MDIR 02.36-01 udg. 7 af 1. november 2004 kan partiet benævnt gruppe 4 forblive i drift i yderligere 4 år. Flere målere af stikprøven overskrider verifikationsgrænsen (2%), men ingen overskrider driftsgrænsen (4%).

### Bemærkninger:

Samtlige målere er Scanvalve ZR Qn 1.5

Kalibreret af P. Skovengaard

Godkendt af P. Skovengaard

Kalibreringen er udført i henhold til omstående vilkår fastlagt af DANAK. Kalibreringsresultatet gælder udelukkende for det kalibrerede emne. Laboratoriets certifikater må kun gengives i uddrag hvis laboratoriets godkendelse foreligger.