

B. KJÆR HANSENS EFTF.

Kalibreringslaboratoriet

ØSTRE PARADISVEJ 31
TELEFON 45 42 1811
GIRO 305-1978

DK-2840 HOLTE
FAX 45 42 14 11
CVR 85084828



DANAK

Reg.nr. 447

Kalibreringscertifikat

Nr. 447-0610-068

Rekvirent: I/S Borup
Vandværk
Stenhøjparken 41
4140 Borup

Side 1 af 3
Antal bilag: 0

Kalibreringsemner:
23 stk. målere som stikprøve af parti gruppe 2 på 185 stk.

Modtaget den 5/9 2006

Kalibreret den 5/10 2006

Målerne nr. og aflæsning før kalibrering fremgår af side 3

Opgave: kalibrering af stikprøve med certifikat

Detaljer om kalibreringen og måleresultater fremgår af side 2-3

Konklusion:

Jævnfør MDIR 02.36-01 udg. 7 af 1. november 2004 kan partiet benævnt gruppe 2 forblive i drift i yderligere 4 år. Flere måler af stikprøven overskrider verifikationsgrænsen (2%), men ingen overskrider driftsgrænsen (4%).

Bemærkninger:

Samtlige målere er Scanvalve **ZR** Qn 1,5

Kalibreret af P. Skovengaard
Godkendt af P. Skovengaard

*Kalibreringen er udført i henhold til omstående vilkår fastlagt af DANAK. Kalibreringsresultatet gælder udelukkende for det kalibrerede emne. Laboratoriets certifikater må kun gengives i uddrag hvis laboratoriets godkendelse foreligger