

# B. KJÆR HANSENS EFTF.

## Kalibreringslaboratoriet

ØSTRE PARADISVEJ 31  
TELEFON 45 42 18 11  
GIRO 305 -1978

DK-2840 HOLTE  
FAX 45 42 14 11  
CVR 85 08 48 28



# DANAK

Reg nr 447

## Kalibreringscertifikat

Nr. 447-0610-067

Rekvirent: I/S Borup Vandværk  
Stenhøjparken 41  
4140 Borup

Side 1 af 3  
Antal bilag: 0

Kalibreringsemner  
27 stk. målere som stikprøve af parti gruppe 3 på 225stk.

Modtaget den 5/9 2006

Kalibreret den 4/10 2006

Målerens nr. og aflæsning før kalibrering fremgår af side 3

Opgave: kalibrering af stikprøve med certifikat

Detaljer om kalibreringen og måleresultater fremgår af side 2-3

### **Konklusion:**

Jævnfør MDIR 02.36-01 udg. 7 af 1. november 2004 kan partiet benævnt gruppe 3 forblive i drift i yderligere 4 år. En måler af stikprøven overskrider driftsgrænsen (4%) hvilket er tilladt.

### **Bemærkninger:**

Samtlige målere er Scanvalve ZR Qn 1,5

Kalibreret af P. Skovengaard  
Godkendt af P. Skovengaard

Kalibreringen er udført i henhold til omstående vilkår fastlagt af DANAK. Kalibreringsresultatet gælder udelukkende for det kalibrerede emne. Laboratoriets certifikater må kun gengives i uddrag hvis laboratoriets godkendelse foreligger.